NEOTECH®
Products LLC

NeoSmile™ Plus
Temperature Probe Cover

REF Catalog No.
N7322

Manufactured by
NEOTECH PRODUCTS LLC
28430 Witherspoon Parkway , Valencia, CA 91355, USA
1-800-966-0500 • neotechproducts.com

Made in USA

MD Medical Device

D528 Rev B 2026.10.15

English
NeoSmile™ Plus Temperature Probe Cover
INDICATIONS FOR USE
The NeoSmile Plus is intended to cover and secure a temperature probe.
DIRECTIONS FOR USE
Preparation
Clean and dry skin per hospital protocol.
Note: It is important for skin to be as clean and dry as possible. NeoSmile will not adhere properly to moist skin or hair. Oils and lotions will also adversely affect adhesion.
DO NOT USE ALCOHOL.
Application
Step 1 Peel and discard the printed liner from the base. Place NeoSmile Plus on skin.
Step 2 Peel and discard the second printed liner from the fold over flap.
Step 3 Place the temp probe in the nest area and ensure that it contacts the skin. Fold the flap over the base and probe to close.
Note: Flap can be opened and closed repeatedly to confirm or adjust probe placement.
Step 4Reposition NeoSmile Plus as needed.
Removal
Step 1 Replace NeoSmile Plus every 3 days or per hospital protocol, whichever is sooner.
Step 2 Gently lift edge of NeoSmile Plus and peel back slowly. Water or saline may be applied to the edge to loosen the adhesive bond.
CAUTIONS & WARNINGS
Discontinue immediately if skin irritation occurs.
NeoSmile will not adhere properly to moist skin or hair. Oils and lotions will also adversely affect adhesion.
Do not use alcohol to clean skin prior to application.
Single patient use only.

Français
NeoSmile™ Plus Protection pour sonde thermique
INDICATIONS D'UTILISATION
Le NeoSmile permet d'assujettir une sonde thermique et de la protéger.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Préparation
Peau propre et sèche conformément au protocole hospitalier.
Remarque : Il est important que la peau soit aussi propre et sèche que possible. NeoSmile adhère moins bien à une peau moite ou aux poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.
NE PAS UTILISER D'ALCOOL.
Application
Étape 1 Retirez et jetez la pellicule imprimée de la base. Placez le NeoSmile Plus sur la peau.
Étape 2 Retirez la deuxième pellicule imprimée du rabat et jetez-la.
Étape 3 Placez la sonde de température dans son logement et assurez-vous qu'elle est en contact avec la peau. Rabattez le rabat sur la base et la sonde pour fermer.
Remarque : Le rabat peut être ouvert et fermé à plusieurs reprises afin de vérifier ou d'ajuster le positionnement de la sonde.
Étape 4 Repositionner le NeoSmile Plus si nécessaire.
Retrait
Étape 1 Remplacer le dispositif NeoSmile Plus tous les trois jours ou conformément au protocole hospitalier, selon la première de ces éventualités.
Étape 2 Soulevez doucement le bord du NeoSmile Plus et retirez-le lentement en tirant vers l'arrière. Vous pouvez imbiber le bord d'eau ou de sérum physiologique pour ramollir le lien adhésif.
PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS
En cas d'irritation de la peau, cessez d'utiliser le produit immédiatement.
NeoSmile adhère moins bien à une peau moite ou aux poils. Les huiles et les lotions nuisent également à la bonne adhérence.
Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer la peau avant application.
Destiné à l'usage d'un seul patient.

Español
NeoSmile™ Plus Funda para sondas térmicas
INDICACIONES DE USO
La funda NeoSmile está diseñada para cubrir y fijar sondas térmicas.
INSTRUCCIONES DE USO
Preparación
Limpie y seque la piel según el protocolo del hospital.
Nota: Es importante que la piel esté lo más limpia y seca posible. El NeoSmile no se adherirá correctamente a la piel o al cabello húmedos. Los aceites y las lociones también afectarán negativamente la adhesión.
NO UTILICE ALCOHOL.
Para aplicar
Paso 1 Despegue y deseche la lámina impresa de la base. Coloque su NeoSmile Plus sobre la piel.
Paso 2 Despegue y deseche la segunda lámina impresa de la solapa plegable.
Paso 3 Coloque la sonda de temperatura en el área prevista y asegúrese de que esté en contacto con la piel. Doble la solapa sobre la base y la sonda para cerrarla.
Nota: La solapa se puede abrir y cerrar varias veces para confirmar o ajustar la posición de la sonda.
Paso 4 Vuelva a colocar su NeoSmile Plus según sea necesario.
Para retirar
Paso 1 Reemplace el NeoSmile Plus cada 3 días o según el protocolo del hospital, lo que ocurra primero.
Paso 2 Levante con cuidado el borde del NeoSmile Plus y despéguelo lentamente. Se puede aplicar agua o una solución salina en el borde para despegar el adhesivo.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Suspenda de inmediato si se produce irritación cutánea.
El NeoSmile no se adherirá correctamente a la piel o al cabello húmedos. Los aceites y las lociones también afectarán negativamente la adhesión.
No utilice alcohol para limpiar la piel antes de la aplicación.
Para uso individual de un único paciente.

Português
NeoSmile™ Plus Cobertura da sonda de temperatura
INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O NeoSmile serve para cobrir e proteger a sonda de temperatura.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Preparação
Limpe e seque a pele, de acordo com o protocolo hospitalar.
Nota: É importante garantir que a pele está o mais limpa e seca possível. O NeoSmile não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta negativamente a aderência.
NÃO UTILIZE ÁLCOOL.
Aplicação
Passo 1 Retire e elimine a película protetora impressa da base. Aplique o NeoSmile Plus sobre a pele.
Passo 2 Retire e elimine o segundo revestimento impresso da aba rebatível.
Passo 3 Coloque a sonda de temperatura na área pretendida e certifique-se de que está em contacto com a pele. Dobre a aba sobre a base e a sonda para fechar.
Nota: A aba pode ser aberta e fechada repetidamente para confirmar ou ajustar o posicionamento da sonda.
Passo 4 Reposicione o NeoSmile Plus conforme necessário."
Remoção
Passo 1 Substitua o NeoSmile Plus a cada três dias ou segundo o protocolo hospitalar, o que ocorrer primeiro.
Passo 2 Levante cuidadosamente a borda do NeoSmile Plus e descole-o lentamente. A água ou solução salina poderão ser aplicadas na borda para tirar a adesão.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
Interrompa imediatamente se ocorrer irritação cutânea.
O NeoSmile não adere devidamente à pele ou cabelo húmidos. A presença de óleos e loções também afeta negativamente a aderência.
Não utilize álcool para limpar a pele, antes da aplicação.
Utilizar apenas num único doente.

NeoSmile™ Plus
غطاء مسبار درجة الحرارة
دواعي الاستعمال
صُمِّم NeoSmile لتغطية مسبار درجة الحرارة وإحكام تثبيته.
إرشادات الاستعمال
"التجهيز للاستعمال
نظف البشرة وجففها بحسب ما يقتضيه بروتوكول المستشفى.
ملاحظة: لا بد أن تكون البشرة نظيفة وجافة قدر الإمكان. لن يلتصق غطاء NeoSmile بشكل صحيح على الجلد الرطب أو الشعر. كما أن الزيوت والمستحضرات ستؤثر سلبًا على قوة الالتصاق.
يُحظر استعمال الكحول.
"طريقة الاستعمال
الخطوة الأولى
انزع البطانة المثبتة من القاعدة وتخلص منها. وضع NeoSmile Plus على البشرة.
الخطوة الثانية
انزع البطانة الثانية المثبتة من الغطاء القابل للطي وتخلص منها.
الخطوة الثالثة
ضع مسبار درجة الحرارة في موضع المسبار، وتأكد من ملامسته للبشرة. اطوِ الغطاء فوق القاعدة والمسبار لإغلاقه.
ملاحظة: يمكن فتح الغطاء وإغلاقه عدة مرات للتحقق من موضع المسبار أو تعديله.
الخطوة الرابعة
عدّل موضع NeoSmile Plus حسب الضرورة.
الإزالة
الخطوة الأولى
استبدل NeoSmile Plus كل 3 أيام أو حسب بروتوكول المستشفى، على أن تُتبع المدة الأقصر.
الخطوة الثانية
ارفع طرف NeoSmile Plus برفق، ثم انزعها ببطء. يمكن وضع الماء أو المحلول الملحي على الطرف لفك الرباط اللاصق."
تنبيهات وتحذيرات
"يجب وقف استعمال المنتج فورًا في حالة تهيج الجلد.
لن يلتصق غطاء NeoSmile بشكل صحيح على الجلد الرطب أو الشعر. كما أن الزيوت والمستحضرات ستؤثر سلبًا على قوة الالتصاق.
لا تستعمل الكحول لتنظيف البشرة قبل استعمال المنتج.
مخصص لاستعمال مريض واحد فقط.