

NeoGlo[®] Jetable

TRANSILLUMINATEUR



FONCTIONS ET AVANTAGES

- À utiliser sur un seul patient pour éviter la contamination croisée
- Disponible avec lumières LED blanches ou rouges vives
- Léger et compact
- Éclaire par transparence les veines, les artères et d'autres parties internes du corps
- Cordon d'alimentation avec port USB
- Aucune batterie interne requise
- Compatible avec l'étui NeoGlo pour une protection accrue contre les liquides biologiques
- Prix abordable
- Ne contient ni latex de caoutchouc naturel ni plastifiant DEHP
- Emballage individuel

Catalogue	Objet	Quantité/Unité
N5536RD	Lumières rouges avec cordon de 6'	10/boîte
N5536WH	Lumières blanches avec cordon de 6'	10/boîte

NeoGlo® Jetable

TRANSILLUMINATEUR

INDICATIONS D'UTILISATION

Le transilluminateur jetable NeoGlo est un dispositif manuel destiné à l'usage d'un seul patient doté d'une source lumineuse permettant de faire passer la lumière à travers les tissus pour faciliter l'examen du patient.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1 Retirer NeoGlo de l'emballage. Insérer l'appareil dans l'étui NeoGlo en cas d'utilisation.
- 2 Brancher le cordon USB dans l'ordinateur portable, la banque d'alimentation portable (non incluse) ou toute autre source d'alimentation USB.

Remarque : Pendant le branchement, s'assurer que les lumières sont orientées loin des yeux des personnes présentes..

- 3 Tenir NeoGlo contre la peau ou en dessous de la partie du corps à examiner.

Remarque : Réduire l'éclairage de la pièce afin d'assurer un éclairage plus efficace.

Précaution : Éviter l'utilisation continue de plus de 10 minutes.

- 4 Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- 5 Nettoyer NeoGlo à l'aide de tampons imbibés d'alcool ou de CaviWipeMC après chaque utilisation.
- 6 Recycler ou éliminer NeoGlo conformément aux réglementations locales et nationales.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

Une utilisation prolongée peut faire augmenter la température au niveau de la face extérieure du NeoGlo. Éviter une utilisation continue dépassant 10 minutes.

Éviter le contact cutané direct avec le NeoGlo à moins que le patient ne soit sous la supervision directe d'un professionnel de la santé.

Faire preuve d'une grande prudence lors de l'utilisation de l'appareil sur la peau des nourrissons prématurés, compte tenu de la nature fragile et sensible de celle-ci.

Le câble USB représente un risque potentiel d'étranglement.

Ne pas orienter la lumière directement vers les yeux.

Ne pas immerger NeoGlo dans une solution liquide.

Ne pas stériliser NeoGlo. L'exposition à la vapeur ou à une humidité excessive peut causer des défaillances électriques.

Éliminer NeoGlo conformément à la réglementation locale relative aux appareils électriques.

Usage unique pour un seul patient.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA, 91355

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Fabriqué
aux États-Unis
M732 Rev A