

NeoGlo[®] Jednorázový TRANSILUMINÁTOR



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Použití pro jednoho pacienta, aby se zabránilo křížové kontaminaci
- K dispozici s jasně bílými nebo červenými LED světly
- Lehký a kompaktní
- Osvětluje žíly, tepny a jiné vnitřní struktury
- Napájecí kabel s USB připojením
- Nejsou potřeba žádné vnitřní baterie
- Kompatibilní s krytem NeoGlo Sleeve pro dodatečnou ochranu proti tělesným tekutinám
- Cenově dostupný
- Není vyrobeno z přírodního latexu ani změkčovadla DEHP
- Baleno jednotlivě

Katalog	Položka	Množství/jednota
N5536RD	Červená světla s 6' kabelem	10/krabice
N5536WH	Bílé světlo s 6' kabelem	10/krabice



Vyrobeno
v USA

NeoGlo® Jednorázový

TRANSILUMINÁTOR

INDIKACE PRO POUŽITÍ

Jednorázový transiluminátor NeoGlo je ruční zařízení pro jednoho pacienta, které je zdrojem světla určeným k přenášení světla přes tkáň a pomáhá při vyšetření pacientů.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1 Vyjměte NeoGlo z obalu. Vložte ho do krytu NeoGlo Sleeve, pokud jej používáte.
- 2 Zapojte USB kabel do notebooku, přenosné napájecí banky (není součástí dodávky) nebo jiného USB zdroje napájení.

Poznámka: Při zapojování se ujistěte, že světla směřují pryč od očí všech osob.
- 3 Přidržte NeoGlo na kůži nebo pod vyšetřovaným místem.

Poznámka: Abyste dosáhli co nejúčinnějšího osvětlení, ztlumte světla v místnosti.

Upozornění: Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut.
- 4 Odpojte, když se nepoužívá.
- 5 NeoGlo po každém použití vyčistěte hadříkem namočeným v alkoholu nebo hadříkem CaviWipe™.
- 6 NeoGlo recyklujte nebo vyhodte v souladu s místními a federálními předpisy.

UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

Dlouhodobé používání může způsobit zvýšení teploty povrchu NeoGlo. Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut.

Zabraňte přímému kontaktu NeoGlo s pokožkou, pokud pacient není pod přímým dohledem zdravotnického pracovníka.

Používejte s mimořádnou opatrností u předčasně narozených dětí, na křehkou a narušenou pokožku.

USB kabel může představovat potenciální nebezpečí uškrcení.

Světlem nesvitte přímo do očí.

NeoGlo neponořujte do kapaliny.

NeoGlo nedávejte do autoklávu. Vystavení páře nebo nadměrné vlhkosti může způsobit selhání elektrických obvodů.

NeoGlo zlikvidujte v souladu s lokálními směrnici pro elektrické produkty.

Použití pouze pro jednoho pacienta.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA, 91355 USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



M734 Rev A