

NeoGlo® Descartável

TRANSILUMINADOR



— CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS —

- Uso num único paciente para ajudar a evitar contaminação cruzada
- Disponível com luzes LED brancas ou vermelhas brilhantes
- Leve e compacto
- Ilumina veias, artérias e outras estruturas internas
- Cabo de alimentação com conexão USB
- Não são necessárias baterias internas
- Compatível com NeoGlo Sleeve (manga) para proteção adicional contra fluidos corporais
- Preço acessível
- Não fabricado com látex de borracha natural ou plastificante DEHP
- Embalado individualmente

Catálogo	Item	Unidade de quantidade
N5536RD	Luzes vermelhas com cabo de 6'	10/caixa
N5536WH	Luzes brancas com cabo de 6'	10/caixa



NeoGlo® Descartável

TRANSILUMINADOR

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O transiluminador NeoGlo descartável é um dispositivo portátil de fonte luminosa único por paciente destinada a transmitir luz através dos tecidos para auxiliar nos exames dos pacientes.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1 Remova o NeoGlo da embalagem. Insira no NeoGlo Sleeve (manga) se em uso.
- 2 Conecte o cabo USB ao computador, banco de energia portátil (não incluído) ou outra fonte de alimentação USB.

Nota: Ao conectar, certifique-se de que as luzes estão direcionadas para longe dos olhos de todas as pessoas.
- 3 Mantenha o NeoGlo contra a pele ou abaixo do local a ser examinado.

Nota: Luzes de ambiente escuras para iluminação mais efetiva.

Precaução: Evite o uso contínuo por mais de 10 minutos.
- 4 Desconecte quando não estiver em uso.
- 5 Limpe o NeoGlo com álcool ou CaviWipe™ após cada utilização.
- 6 Recicle ou descarte o NeoGlo de acordo com os regulamentos locais e federais.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

O uso prolongado pode fazer com que a superfície do NeoGlo aumente de temperatura. Evite o uso contínuo por mais de 10 minutos.

Não permita contacto direto da pele com o NeoGlo a menos que o paciente esteja sob a supervisão direta de um profissional de saúde.

Use com extrema cautela em bebês prematuros, pele frágil e comprometida.

O cabo USB pode representar um possível risco de estrangulamento.

Não incida a luz diretamente nos olhos.

Não submerja o NeoGlo em líquido.

Não autoclave o NeoGlo. Exposição ao vapor ou humidade excessiva pode causar falha elétrica.

Descarte o NeoGlo de acordo com os regulamentos eletrônicos locais para produtos eletrônicos.

Utilize apenas num único paciente.



Manufactured by Neotech Products LLC. 28430 Witherspoon Pkwy, Valencia, CA, 91355 USA

©2022 Neotech Products LLC. Product configuration is a trademark owned by and exclusively associated with Neotech.



Feito nos
Estados Unidos

M737 Rev A